## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

| Norma de Origem: NIT-DICLA-016 | Folha: 1 | Total de Folhas: 1 |
|---|---|---|

**RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

LABORATÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GÁS E ENERGIAS RENOVÁVEIS – LTG-ER/SENAI

| ACREDITAÇÃO Nº | TIPO DE INSTALAÇÃO |
|---|---|
| **CRL 1687** | **INSTALAÇÃO PERMANENTE** |

| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| Programa de Metrologia Legal: supervisão metrológica | | |
| **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE** | **ENSAIOS MECÂNICOS** | |
| TOTALIZADOR DE VOLUME: MEDIDOR DE VAZÃO DE GÁS DO TIPO ROTATIVO, TURBINA E ULTRASSÔNICO | Exame visual de correspondência ao modelo aprovado | Regulamento Técnico Metrológico, anexo à Portaria Inmetro nº 156 de 30 de março de 2022.<br>Procedimento PO-LTG-ER-001-Calibração e Ensaio de Totalizadores de Volume de Gás. |
| | Ensaio de desempenho<br>Faixa de medição 2 $m^3/h$ a 4000 $m^3/h$ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

***"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"***

_____

**Em, 26/01/2024**