



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

CEIME – COMÉRCIO E METROLOGIA LTDA.
CEIME – SÃO PAULO

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1718

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

**MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS**

ENSAIOS MECÂNICOS

VÁLVULA DE
SEGURANÇA E ALÍVIO

Ensaio de Abertura, Fechamento e Vedação
Faixa: 2 kPa até 15 Mpa

ITINM-020

PRESSOSTATO

Ensaio de Acionamento e Desacionamento
Faixa: 2 kPa até 50 MPa

ITINM-021

XXXXX

XXXXXXXX

XXXXX

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 02-02-2023

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1718	INSTALAÇÃO DE CLIENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</u>	<u>ENSAIOS MECÂNICOS</u>	
VÁLVULA DE SEGURANÇA E ALÍVIO	Ensaio de Abertura, Fechamento e Vedação Faixa: 2 kPa até 15 MPa	ITINM-020
PRESSOSTATO	Ensaio de Acionamento e Desacionamento Faixa: 2 kPa até 50 MPa	ITINM-021
<u>EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS</u>	<u>ENSAIOS TÉRMICOS</u>	
EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO	Ensaio de Desempenho do Processo de Esterilização por Calor Úmido. Faixa: 50 °C até 150 °C	ABNT NBR 16328:2014 – ANEXO B
XXXXX	XXXXXXXXX	XXXXX